

المواصفات والشروط المطلوبة

١- المواصفات الفنية لجهاز الكشف عن المبيدات الحشرية	
١	أن يكون الجهاز يعتمد على طريقة تثبيط إنزيم الأسيتيل كولين إستيراز.
٢	أن يكون الجهاز يقيس نسبة التثبيط إلكترونياً ويحولها إلى قيمة رقمية أو مؤشر خطر (آمن / غير آمن).
٣	المواصفات الفنية للجهاز: ١ - زمن إظهار النتائج لا يزيد عن ١٠ إلى ١٥ دقيقة فقط لكل عينة. ٢ - يمكن حفظ النتائج أو نقلها إلى الحاسوب. ٣ - محمول وخفيف الوزن يعمل على بطارية قابلة للشحن.
٤	المحقات: أنابيب اختبار، كواشف إنزيمية، محاليل قياسية.
٥	يتم توفير عدد (٥٠٠) كواشف مع الجهاز.

٢- المواصفات الفنية لجهاز كشف اشعة جاما	
١	يتوافق حساسية الكشف للكاشف مع اللوائح المعمول بها لأجهزة الكشف عن الإشعاع لفحص الأشخاص والبضائع.
٢	كشف مصدر جاما عالي الحساسية.
٣	المميزات: غطاء موحد لمناطق المرور، إشارات إنذار بصرية وصوتية قابلة لتعديل قوتها، يوفر الإدارة والمراقبة عن بعد من خلال اتصال إيثرنت، نظام متكامل لتسجيل البيانات والساعة في الوقت الفعلي، منفذ RS-٢٣٢ للبرمجة المحلية والتشخيص.
٤	تغطية كاشف الاشعاع : حوالي ٦٠٠ – ٨٠٠ مم.
٥	أن لا يزيد الوزن عن ٥٥ كغم.